



校准报告

CALIBRATION REPORT



报告编号: 183209255

第 1 页, 共 4 页
Page 1 of 4 Pages

客户名称 : 深圳市航智精密电子有限公司
Name of Customer : Shenzhen Hangzhi Precision Electronics Co., Ltd

客户地址 : 深圳宝安宝源路华源科技创新园B座531
Address of Customer : Building B #538, Huayuan Innovation Science and Technology Park, Baoyuan Road, Baoan District, Shenzhen, China

计量器具名称: 工控级磁通门电流传感器
Name of Instrument : Industrial level current transducer

器具用途 : -----
Use of Instrument

型号/规格 : IIT300
Type/Specification

出厂编号 : 201830300168
Serial No

资产编号 : ---
Asset No

制造单位 : 深圳市航智精密电子有限公司
Manufacturer : Shenzhen Hangzhi Precision Electronics Co., Ltd

校准依据 : 参考 JJG 1069-2011 直流分流器
Calibrated in Accordance to : Refer to JJG 1069-2011 DC-Shunt

(校准专用章)
Stamp



批准人 : 王敬喜(技术主管)
Authorized by

签名 : 王敬喜
Signature

校准日期 : 2018 年 09 月 25 日
Operation Date : Year Month Day

核验员 : 谭云彬
Checked by

建议复校日期: 2019 年 09 月 24 日
Suggested Recal.Date : Year Month Day

校准员 : 冯锦坤
Calibrated by





校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号: 183209255
Report No

第 2 页, 共 4 页
Page 2 of 4 Pages

校准用主要计量标准装置信息 Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
-----	-----	-----	-----	-----

校准用主要标准器信息 Main Standards of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment No	证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
数字万用表	ACU: (0.1 μ V ~ 750V); DCU: (0.1 μ V ~ 1000V); ACI: (0.1nA ~ 3A); DCI: (0.1nA ~ 3A); R: (0.1m Ω ~ 1000M Ω)	ACU: $\pm 0.06\%R$; DCU: $\pm 0.003\%R$; ACI: $\pm 0.1\%R$; DCI: $\pm 0.05\%R$; R: $\pm 0.01\%R$	SB9937	173404376	2018-11-23
数字万用表	ACU: (0.1 μ V ~ 1000V); DCU: (10nV ~ 1000V); ACI: (1nA ~ 1A); DCI: (0.1nA ~ 1A); R: (1 μ Ω ~ 1G Ω)	ACU: $\pm 0.006\%R$; DCU: $\pm 0.0006\%R$; ACI: $\pm 0.03\%R$; DCI: $\pm 0.01\%R$; R: $\pm 0.0009\%R$	SB0588	校准字第 201801002584号	2019-01-01
直流电流比例标准	DCI: (0 ~ 1000)A	DCI: 0.005级	SB6635	DYL201801171	2019-05-09

附加说明 Appended Directions

委托日期: 2018 年 09 月 25 日
Application Date 25th Sep
校准地点: 本院电磁实验室
Operation Location Electro-magnet lab
环境条件: 温度 20 $^{\circ}$ C 相对湿度 60 %
Operation Environment Temperature Relative humidity



深圳市计量质量检测研究院
Shenzhen Academy of Metrology & Quality Inspection
国家高新技术计量站
National Hi-tech Metrology Station

校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号: 183209255
Report No

第 3 页, 共 4 页
Page 3 of 4 Pages

校准结果

Results of Calibration

符合性及限制使用说明: 参见校准结果
Statement of Compliance and Limitation Refer to calibration result



校准报告

CALIBRATION REPORT

报告编号: 183209255
Report No

第 4 页, 共 4 页
Page 4 of 4 Pages

校准结果

Results of Calibration

1 外观及工作正常性检查: 正常。

Check on Appearance and Function: Normal

2 直流电流示值误差: 见表 1

Indication Error of DC Current : See Table 1

表1 Table 1 直流电流示值误差

额定值 Rated Value	输入电流 Input Current	电压降理论值 Theo. Volt. Value	电压降实测值 Meas. Volt. Value	误差 Error
	(A)	(mV)	(mV)	(%)
300A	30.0027	75.007	75.0026	-0.01
	59.9940	149.985	149.979	0.00
	180.0069	450.017	450.009	0.00
	240.006	600.015	599.956	-0.01
	300.003	750.008	749.958	-0.01
	-300.005	-750.013	-749.935	-0.01

Notes:

1 本次校准的测量不确定度说明

Measurement Uncertainty in the Calibration

1.1 依据 JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

According to JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.

1.2 直流电压测量结果的相对扩展不确定度: $U_{rel} = 0.03\%$ $k=2$

Related Expanded Uncertainty of DC Voltage Measurement Results

